



附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称：核磁监护仪		预算金额(元)：113万
采购人	单位名称：福州市第一医院儿童专科院区（福建省福州儿童医院）	
	联系人：刘梅芳	联系电话：18046048583
代理机构	名称：福州信豪工程造价咨询有限公司	
	联系人：陆明圆	联系电话：0591-83725589
单一来源 供应商	名称：福建国药器械有限公司	
	地址：福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼	
论证专家	姓名：黄小琅	联系电话：13809520145
	工作单位：福州市第二医院	职称：高工
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）		
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款)：		
<p>由于儿童MRI检查时需要中深度镇静，镇静剂可能产生呼吸抑制，而MRI检查时医护人员在检查室外，由家属有观察患儿的生命体征，存在极大的安全隐患。急需申购防磁监护仪，监护中深度镇静下MRI检查的儿童。核磁监护仪需具备专门用于MRI的环境，4.0特斯拉核磁共振场强认证。而在1.5和3.0特斯拉的核磁共振环境，无法提供可靠的生命体征监测。因其生产商为全球唯一服务供应商为福建国药器械有限公司。因此该项目申请采用单一来源采购方式采购。</p>		
专家签名：		论证日期：2023.7.4

附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称: 核磁监护仪		预算金额(元): 113万	
采购人	单位名称: 福州市第一总医院儿童专科院区 (福建省福州儿童医院)		
	联系人: 刘梅芳	联系电话: 18046048583	
代理机构	名称: 福州信豪工程造价咨询有限公司		
	联系人: 陆明圆	联系电话: 0591-83725589	
单一来源 供应商	名称: 福建国药器械有限公司		
	地址: 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼		
论证专家	姓名: 蔡平	联系电话: 13609560920	
	工作单位: 福建医科大学附属协和医院	职称: 高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的: (√)			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的: ()			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 ()			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
<p>MR2 运行噪音过大且时间长, 儿童 MR2 检查时 需要中译译镇静药, 镇静药后可能存在呼吸抑制, 因此 急需购置防磁监护仪, 该监护仪需具备专门用于 MR2 环境, 如高斯与磁均屏蔽改造。因此该设备 为独家供应。因此更改该采购项目采用单一来源 采购方式采购。服务供应商为福建国药器械有限公司</p>			
专家签名:		论证日期:	2023.7.14

附件

福州市卫生健康单位单一来源项目采购专家论证意见表

项目名称: 核磁监护仪		预算金额(元): 113万	
采购人	单位名称: 福建省福州儿童医院		
	联系人: 刘梅芳	联系电话: 18046048583	
代理机构	名称: 福州信豪工程造价咨询有限公司		
	联系人: 陆明圆	联系电话: 0591-83725589	
单一来源 供应商	名称: 福建国药器械有限公司		
	地址: 福建省福州市仓山区盖山镇盘屿路869号金山工业集中区福湾园9号标准厂房4楼		
论证专家	姓名: 赵恒艳	联系电话: 13313978951	
	工作单位: 福建省红十字会	职称: 高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件(√):			
1. 只能从唯一供应商处采购的: <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的: <input type="checkbox"/>			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 <input type="checkbox"/>			
专家论证意见(请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款):			
<p>根据相关法律法规规定福建省福州儿童医院用于核磁共振成像噪音过大, 儿童核磁共振检查时需要中深度镇静后可能产生呼吸抑制, 存在极大的安全隐患。急需采购预防磁监护仪, 监护中深度镇静下核磁共振检查安全。建议该项目采用单一来源采购方式采购。</p>			
专家签名:	赵恒艳	论证日期:	2023.7.4